EXAM
BBG Prüf- und Zertifizier GmbH

4. Nachtrag

(Ergänzung gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang III Ziffer 6)

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung
DMT 03 ATEX E 065 X

Gerät:	**Gas- oder Temperaturmessgeräte Typenreihe MONIMET / ANNOVEX**
Hersteller:	**WOELKE Industrieelektronik GmbH**
Anschrift:	**D-45239 Essen**

Beschreibung

Dieser Nachtrag zur EG-Baumusterprüfbescheinigung betrifft Änderungen der Bauart der Gasmesseinrichtung METHEX 100, die aus einem Messaufnehmer Typ MONIMET GMM 01.13.180 und einem Auswertegerät Typ ANNOVEX GMA 30.00.5x5 (x=1, 2, 4 oder 5) besteht. Das Gerät ist zur Messung der Methankonzentration an Gasabsaugeanlagen im Steinkohlenbergbau vorgesehen.
Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen hinsichtlich der Messfunktion für den Explosionsschutz werden erfüllt durch Anwendung von

EN 61779-1:2000 + A11:2004
EN 61779-3:2000
EN 50271:2001

Dieser Nachtrag zur EG-Baumusterprüfbescheinigung gilt für Geräte mit den Software Versionen 2.0 (Messaufnehmer) und 2.1 (Auswertegerät).

Prüfbericht

Prüfbericht PFG-Nr. 41100105P NI vom 02.03.2006

Besondere Bedingungen für die sichere Anwendung

Die "Besonderen Bedingungen für die sichere Anwendung" des 3. Nachtrags zu dieser EG-Baumusterprüfbescheinigung entfallen.

EXAM BBG Prüf- und Zertifizier GmbH
Bochum, den 03. März 2006

Zertifizierungsstelle | Fachbereich

Dieses Zertifikat darf nur unverändert weiterverbreitet werden.
Dinnendahlstrasse 9 44809 Bochum Telefon-Phone 0234/3696-105 Telefax-Fax 0234/3696-110